

République Tunisienne

30 OCT 2007

Ministère de la Santé
Publique

Avis de la Direction de la Pharmacie et du Médicament

En raison des risques de confusion possible du à la similitude du conditionnement primaire (Flacon de 5ml bouchon bleu) entre la spécialité Héparine sodique 25000 U.I /5ml du laboratoire Médis et la spécialité Atracurium 25 mg /2 ,5ml du même laboratoire, il est recommandé à tout le personnel de la santé, de s'assurer de la conformité du produit prescrit avant son administration .

**Le Directeur Général de la
Pharmacie et du Médicament**

